



URZĄD MIASTA OLSZTYNA

BIURO PEŁNOMOCNIKA PREZYDENTA OLSZTYNA
DS. GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ

Olsztyn, dnia 11.12.2017 r.

Znak sprawy: GE.271.4.2017

Nr dokumentu: 119566.11.2017

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, na realizację usługi polegającej na prowadzeniu stałych pomiarów jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn.

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Warunków udziału w postępowaniu jw.

1. *Czy czujnik powietrza, który pracuje w ekstremalnych warunkach – np – 30 stopni powinien mieć podgrzewaną wewnątrz obudowę? Czy powinien posiadać testy starzeniowe.*

Zamawiający nie wymaga podgrzewanej obudowy, jednakże dostarczone urządzenie musi zapewniać dokładność pomiaru określoną w punkcie I.4 w warunkach pracy opisanych w punkcie I.3 Warunków udziału w postępowaniu przez cały okres trwania zamówienia.

2. *Czy czujniki powinny posiadać budowę modułową i mieć możliwość dodania danego czujnika w inne gazy typu benzen, NO₂, CO₂ i dodaniu nowej funkcjonalności bez kupowania dodatkowych czujników i przy wykorzystaniu infrastruktury bieżącej aby nie ponosić dodatkowych, podwójnych kosztów.*

Zamawiający dopuszcza modułową budowę czujników. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Warunków udziału w postępowaniu w okresie trwania zamówienia nie przewiduje się rozszerzenia funkcjonalności urządzeń pomiarowych.

3. *Czy czujnik można montować we framugach okiennych lub wnękach.*

Dostarczone urządzenie powinno być przystosowane do montażu na konstrukcji budynku, w tym na parapetach zewnętrznych oraz framugach stolarki okiennej. Montaż nie może wpływać na konstrukcję budynku.

4. *Czy dokument z urzędu skarbowego mogą być dostarczone w późniejszym terminie ze względu na to iż urzędy skarbowe wydają takie zaświadczenia do tygodnia czasu a przetarg został ogłoszony 07.12.2017.*

Zamawiający informuje, że zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, o którym mowa w rozdziale 3 Warunków udziału z postępowaniu należy dostarczyć najpóźniej do dnia podpisania umowy.

Pełnomocnik Prezesa Głównego
ds. infrastruktury i gospodarki
elektroenergetycznej

Karol Młockowski